

第29回 定期学習会『Device up to date』

《開催概要》

日 時	2013年1月27日(日) 10:30~15:30 (10:00~受付)
場 所	兵庫医科大学 3号館 3-3講義室(〒663-8501 西宮市武庫川1町1-1)
参 加 費	会員・学生 ¥2,000 一般 ¥3,000 ご来場の際は、軽装にてお越し下さいますようお願いいたします。
主 催	(社)兵庫県臨床工学技士会

《プログラム》

10:00~10:30	受付
10:30~11:30	教育講演『ICD ~適応からフォローアップまで~』 司 会 加古川東市民病院 臨床工学室 前田 真由美 講 師 神戸大学病院 不整脈先端治療部門 特命准教授 吉田 明弘 先生
11:45~12:45	Luncheon Seminar「Beyond The Standard」~SJM デバイスに搭載された最新機能~ 共催:SJM 司 会 六甲アイランド甲南病院 中央臨床工学室 中村 拓生 講 師 St. Jude Medical 株式会社
13:00~14:30	『不整脈に関する一般演題』 座 長 神戸大学医学部附属病院 臨床工学部門 谷岡 怜 先生 兵庫医科大学病院 臨床工学室 亀井 理生 先生 ① 当院における心臓植え込みデバイス関連業務の現状 神戸市立医療センター中央市民病院 臨床工学技術部 手術部門 畑 秀治 ② PM 植込み一週間後チェックにおける設定プロトコルの導入 加古川東市民病院 臨床工学室 前田 真由美 ③ 遠隔モニタリング中のリード断線症例 神戸大学医学部附属病院 臨床工学部門 須賀 友加里 ④ 当院の遠隔モニタリングシステムの現状 兵庫医科大学病院 臨床工学室 橘 銀平 ⑤ 心臓植込みデバイス業務における臨床工学技士の権限明確化について 大阪府立急性期・総合医療センター 臨床工学技士室 菊池 佳峰 ⑥ ICD・CRT-D の不適切作動例 明石医療センター 臨床工学科 壺井 里恵子
14:40~15:30	講演『ペースメーカーの進化 ~各社間比較とその選択~』 司 会 東宝塚さとう病院 臨床工学室 徳永 政敬 演 者 ホクシンメディカル株式会社 臨床工学技士 前川 正樹 先生

《アクセス》

■交通機関ご利用の場合

- ・阪神電鉄・武庫川駅下車、西出口より徒歩5分
- ・阪神電鉄・甲子園駅下車、タクシーで約5分
- ・JR 甲子園口駅下車、タクシーで約10分

■お車をご利用の場合

- ・神戸方面から
阪神高速 神戸線「西宮」出口から国道43号線へ。国道43号線「鳴尾」交差点で阪神高速の武庫川入口の側道に入り、2つ目の交差点を左折
- ・大阪方面から
阪神高速 神戸線「武庫川」出口から国道43号線へ。国道43号線「鳴尾」交差点を左折、1つ目の交差点を左折、3つ目の信号を左折

