

「透析液濃度、正確に測れていますか？」

〈開催概要〉

日 時 : 2016年3月17日(木) 18:30~20:00 (18:15~受付)
場 所 : 兵庫県私学会館101号室 (〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-13)
参 加 費 : 会員・学生 ¥1,000 一般 ¥2,000
参 加 方 法 : 事前登録はありません
主 催 : 一般社団法人 兵庫県臨床工学技士会

〈開催趣旨〉

透析療法において、膜は必要不可欠であることは当然ですが、血液透析・血液透析濾過を行う際には透析液も必要不可欠で、最近では濃度測定に関して特に重要視されております。

その、透析液の濃度を測定する際の測定原理・ポイントや注意点について、今回は透析液の測定装置をお持ちの株式会社常光の協力によりレクチャーしていただきます。


〈プログラム〉

18:15~ 受付

18:30~20:00

『透析液測定のポイント』

株式会社常光 医療機器開発部 山本聡史 先生



詳細、変更につきましては、決まり次第 web にて随時更新させていただきます。

お問い合わせ

社) 兵庫県臨床工学技士会 事務局
兵庫医科大学病院 急性医療総合センター臨床工学室内
〒663-8501 西宮市武庫川町1-1
TEL 0798-45-5292
FAX 0798-45-5296
E-mail hce-office@umin.ac.jp HP <http://hce.umin.jp>